



AG.271.02.2024

Dąbrowa dnia 11.04.2024r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Na podstawie pkt. 4 ppkt. 5 „Zaproszenia do składania ofert” informuję, że prowadzone przez: Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawy schodowych krzeseł ewakuacyjnych na wyposażenie budynków Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie.” w ramach projektu pod nazwą: „Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie” dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w trybie zapytania ofertowego zostało **unieważnione.**

Uzasadnienie

Zamawiający uznał za zasadne wniesione przez oferentów zastrzeżenia do oferty uznanej jako najkorzystniejszej - dotyczących braku wymaganych dokumentów przedstawionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia tj:

1. Zamawiający wymagał w OPZ że przedmiotem dostawy są krzesła ewakuacyjne posiadające deklarację zgodności wyrobu medycznego klasy I zgodnie z rozporządzeniem UE 2017/745 a z oferty wynika jednoznacznie iż przedłożona deklaracja zgodności dotyczy dla modelu DW-ST003 dotyczy noszy schodowych nie krzeseł ewakuacyjnych. Potwierdza to również producent który wystawił dokument gdzie podał numer klasyfikacji produktu GMDN35892. Definicja kodu GMDN 35892 – Nosze szpitalne.
2. W OPZ Zamawiający wymagał aby krzesło ewakuacyjne posiadało certyfikat TUV - produkt sprawdzony. Brak w ofercie wymaganego dokumentu.
3. Zamawiający w OPZ wymagał aby zaoferowane krzesło ewakuacyjne posiadało dokument potwierdzający trudnopalność materiału pokrycia siedziska i oparcia na poziomie min B1. Oferent w przypadku noszy schodowych dołączył dokument wystawiony przez producenta który wskazuje ze jedynym materiałem trudnopalnym jest aluminiowa konstrukcja noszy a nie jak wymagał zamawiający materiały pokrycia/tkaniny siedziska i oparcia.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w DĄBROWIE
Dąbrowa 1, 95-047 Jeżów
tel./fax 46 875 63 91
REGON 000312722 NIP 833-10-08-672

DYREKTOR

mgr Aldona Świderek